PROTHESOFT® FORTE

# Patienteninformation

zur Anwendung von Prothesoft® FORTE

Ihre Prothese wurde mit Prothesoft® FORTE unterfüttert. Zur optimalen Nutzung berücksichtigen Sie bitte diese Patienteninformation:



| 15 Min. | 24 Std. | 16 Std. | 36 Mon. |
|---|---|---|---|
| in handwarmes Wasser vor dem ersten Einsetzen | bis zur vollständigen Anpassung | maximale Tragedauer pro Tag | danach Unterfütterung erneuern |

| | |
|---|---|
| **Verwendung** | Ihre mit Prothesoft® FORTE unterfütterte Prothese kann wie eine herkömmliche Prothese verwendet werden. |
| **Vor dem ersten Einsetzen** | Legen Sie die Prothese etwa 15 Minuten in handwarmes Wasser. Dadurch erreicht das Material seine Elastizität. Die vollständige Anpassung der Prothesoft® FORTE-Unterfütterung an den Kiefer erfolgt innerhalb von ca. 24 Stunden. In dieser Zeit wird das Material durch die Körpertemperatur weich und flexibel. |
| **Pflege** | Wenn Sie die Prothese nachts nicht tragen, bewahren Sie sie bitte in einem Glas mit sauberem Wasser auf. So bleibt das Material elastisch und ist am nächsten Morgen sofort wieder einsatzbereit. Die Reinigung und Pflege erfolgt wie bei jeder anderen Prothese – mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder Reinigungstabletten. |
| **Druckstellen** | In den ersten Tagen erreicht das Material seine endgültige Elastizität. Sollten Druckstellen auftreten oder nicht abklingen, wenden Sie sich bitte an Ihre Zahnarztpraxis. |
| **Verfärbungen** | Durch den Konsum von Genussmitteln wie Kaffee, Tee oder Nikotin können Verfärbungen entstehen. Bitte sprechen Sie Ihre Zahnarztpraxis darauf an, wenn Sie Verfärbungen bemerken. |
| **Hygiene** | Die glatte, dauerhaft weiche Oberfläche lässt sich bei regelmäßiger Pflege gut sauber halten. |
| **Tragedauer** | Bitte beachten Sie, dass die Tragedauer pro Tag 16 Stunden nicht überschreiten sollte. Nach 36 Monaten sollte die Prothesoft® FORTE Unterfütterung erneuert werden. |

KONTAKT

Prothesoft® Europa c/o DENTARA Medical · Schwanenwik 26 · 22087 Hamburg · info@prothesoft.com · www.prothesoft.com

PROTHESOFT® FORTE

# Patient information

on the use of Prothesoft® FORTE

Your denture has been relined with Prothesoft® FORTE. For optimal use, please note the following patient information:



| | | | |
|---|---|---|---|
| **15 min**<br>in lukewarm water before first insertion | **24 h**<br>until fully adapted | **16 h**<br>maximum wearing time per day | **36 mo**<br>then replace the relining |

| | |
|---|---|
| **Use** | Your dentures relined with Prothesoft® FORTE can be used like conventional dentures. |
| **Before first insertion** | Place the denture in lukewarm water for about 15 minutes. This allows the material to reach its elasticity. The Prothesoft® FORTE relining will fully adapt to the jaw within approximately 24 hours. During this time, the material will become soft and flexible due to body temperature. |
| **Care** | If you do not wear the denture at night, please store it in a glass of clean water. This will keep the material elastic and ready for use again the next morning. Cleaning and care is the same as for any other denture – with standard cleaning agents or cleaning tablets. |
| **Pressure points** | During the first few days the material reaches its final elasticity. If pressure points occur or do not subside, please contact your dental practice. |
| **Discoloration** | Discoloration can occur due to the consumption of luxury foods such as coffee, tea, or nicotine. Please consult your dental practice if you notice any discoloration. |
| **Hygiene** | With regular care, the smooth, permanently soft surface is easy to keep clean. |
| **Wearing time** | Please note that the wearing time should not exceed 16 hours per day. After 36 months, the Prothesoft® FORTE relining should be replaced. |

CONTACT Prothesoft® Europa c/o DENTARA Medical · Schwanenwik 26 · 22087 Hamburg · info@prothesoft.com · www.prothesoft.com